



SPZOZ

PIASTUN

CHRONIMY ZDROWIE

Piastów, 28.06.2016 r.

Pismo znak: ZOZ-PIAST-PP/1683/23/ES/2016

PT WYKONAWCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015r. poz. 2164*) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania w postępowaniu przetargowym znak: 2/2016 prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na:

ZAKUP I DOSTAWĘ AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnej sile ssania 84 kPa? Wymaganą siłę podciśnienia Zamawiający określa na poziomie min. 85 bar co jest wartością niemożliwą do osiągnięcia przez takie urządzenie.

ODPOWIEDŹ 1:

TAK, Zamawiający **dopuszcza ssak** o maksymalnej sile ssania 84 kPa, jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dotyczącą wymaganej siły ssania tj. powinno być 0,85 bar.

W załączeniu poprawiony Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (tabela).

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wyodrębni jako odrębne zadanie pozycje: defibrylator oraz nosze wraz z transporterem? Taka zmiana pozwoli na dopuszczeniu do postępowania innych podmiotów co zwiększa konkurencję.

ODPOWIEDŹ 2:

NIE, Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DR N. MED. MATEUSZ KUCZABSKI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN