



SPZOZ

PIASTUN

CHRONIMY ZDROWIE

Piastów, 03.12.2015 r.

Pismo znak: ZOZ-PIAST-PP/2879/38/ES/2015

WYKONAWCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759*) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania w postępowaniu przetargowym znak: **6/2015** prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na:

ZAKUP I DOSTAWĘ APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat renomowanego producenta z systemem o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skątne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost o wadze 111 kg ? Tak mała różnica nie wpływa na przemieszczanie aparatu.

ODPOWIEDŹ 1:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat wysokiej klasy z liczbą procesowych kanałów odbiorczych 1.600.000?

ODPOWIEDŹ 2:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat renomowanego producenta bez możliwości ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki? Ukrywanie danych może prowadzić do pomylenia obrazów pomiędzy pacjentami i postawienia błędnej diagnozy.



SPZOZ

PIASTUN

CHRONIMY ZDROWIE

ODPOWIEDŹ 3:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat renomowanego producenta z częstotliwością odświeżania obrazu 2D wynoszącą 1.333 obrazów na sekundę?

ODPOWIEDŹ 4:

TAK, Zamawiający **dopuszcza** aparat z częstotliwością odświeżania obrazu 2D wynoszącą 1.333 obrazów na sekundę.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat wysokiej klasy bez możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji oraz bez możliwości rozbudowy na czas składania ofert o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, X-Ray, Mammography oraz innych obrazów USG celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG ?

ODPOWIEDŹ 5:

NIE, Zamawiający nie dopuści.


PYTANIE 6:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat renomowanego producenta z głowicą convexową wykonaną w technologii Single Crystal z 128 elementów co w praktyce spowoduje wyższą jakość obrazu niż z głowicy 256 elementowej.

ODPOWIEDŹ 6:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

je



SPZOZ

PIASTUN

CHRONIMY ZDROWIE

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat wysokiej klasy z głowicą endowaginalną wyposażoną w 160 elementów akustycznych?

ODPOWIEDŹ 7:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE 8:

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat wysokiej klasy z głowicą liniową wykonaną w technologii matrycowej z trzema rzędami po 192 kryształów co daje nam 576 elementów?

ODPOWIEDŹ 8:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DR N. MED. MATEUSZ KUCZABSKI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN